




コンテナ（セイフティバンド封緘）：シリンジタイプ

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

(1) 未開封の状態	(2) 開封方法	(3) 開封後の状態
		
<p>(1)開封前にセイフティバンドがしっかりと留まっていることを確認してください。 (2)コンテナのセイフティバンドを矢印の方向にゆっくりと引っ張って切り取って下さい。 注意：セイフティバンドを上方向に引っ張らないよう注意してください。</p>		
<p>【サイクロトロン RI 製剤】 塩化タリウム (^{201}Tl) 注 NMP、カルディオダイン[®]注、クエン酸ガリウム (^{67}Ga) 注 NMP、ダット スキャン[®]静注、パービューザミン[®]注、ベンゾダイン[®]注 【$^{99\text{m}}\text{Tc}$ 製剤】 クリアボーン[®]注、マイオビュー[®]注シリンジ、MAG シンチ[®]注</p>		

以下の場合には既に開封されている可能性があります

セイフティバンドが半周以上切 れている	セイフティバンドが殆ど切れて いる	セイフティバンドが切れている
		

コンテナ（セイフティバンド封緘）：バイアルタイプ（サイクロトロン RI 製剤、^{99m}Tc 製剤）

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

(1) 未開封の状態	(2) 開封方法	(3) 開封後の状態
		
<p>(1)開封前にセイフティバンドがしっかりと留まっていることを確認してください。 (2)セイフティバンドを矢印の方向にゆっくりと引っ張って切り取って下さい。 注意：セイフティバンドを上方向に引っ張らないよう注意してください。</p>		
<p>【サイクロトロン RI 製剤】 インジウム DTPA (¹¹¹In) 注、塩化インジウム (¹¹¹In) 注、塩化タリウム (²⁰¹Tl) 注 NMP、クエン酸ガリウム (⁶⁷Ga) 注 NMP、ヨードカプセル-123 【^{99m}Tc 製剤】 アシアロシンチ®注、キドニーシンチ®Tc-99m 注、テクネシンチ®注-10M、テクネシンチ®注-20M、プールシンチ®注、ヘパティメージ®注</p>		

以下の場合には既に開封されている可能性があります

セイフティバンドが半周以上切れている	セイフティバンドが殆ど切れている	セイフティバンドが切れている
		