

製品箱* (テープ封緘) : ジェネレータ

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

(1) 未開封の状態	(2) 開封方法	(3) 開封後の状態
		
<p>(1)開封前に封緘テープが剥がれていないこと、封緘テープが切れていないことを確認してください。 (2)封緘テープをゆっくりと剥がしてください。</p>		
<p>【⁹⁹Mo-^{99m}Tc ジェネレータ】 メジテック® 【サイクロトロン RI 製剤】 クリプトン(^{81m}Kr)ジェネレータ</p>		

以下の場合には既に開封されている可能性があります

封緘テープが切れている	封緘テープが剥がれている	
		

*ジェネレータの販売包装単位は製剤箱です。

包装箱（テープ封緘）：調製用キット

未開封の確認方法 及び 正しい開封方法について

(1) 未開封の状態	(2) 開封方法	(3) 開封後の状態
		
<p>(1)開封前に封緘テープが剥がれていないこと、封緘テープが切れていないことを確認してください。 (2)封緘テープをゆっくりと剥がしてください。</p>		
<p>【調製用キット】 キドニーシンチ®キット、クリアボーン®キット、スズコロイド Tc-99m 注調製用キット、メジテック® 付属溶出セット</p>		

以下の場合には既に開封されている可能性があります

封緘テープが切れている	封緘テープが剥がれている
	 <p data-bbox="598 1601 989 1639">「開封済」の文字が残ります</p>